

**DEFIBRILIATORIAUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė
1	Pavadinimas, modelis, gamintojas	<i>nurodyti</i>
2	Defibriliatoriaus impulso forma	Bifazinė
3	Analizės įjungimas	EKG analizės programa įjungiama specialiai skirtu mygtuku ir automatiškai
4	Judesių aptikimo sistema	Būtina, EKG morfologijos analizės tikslumui užtikrinti
5	Vartotojo nustatomi gaivinimo periodai ir trukmė automatinio defibriliavimo metu	Laisvai nustatoma gaivinimo trukmė pasirinktinai pagal LR galiojantį gaivinimo algoritmą – 60, 90, 120 ir 180 s
6	Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmės	Ne mažiau iki 360 J, ne mažiau 8 lygių
7	Rankinis defibriliavimo režimas	Būtinasis
8	Pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus talpa, nenaudojant išorinio maitinimo šaltinio	≥ 400 defibriliacijos iškrovų naudojant 200 J energiją
9	Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė	≤12 s iki 360J energijos
10	Įmontuotas skystųjų kristalų ekranas	Įstrižainės dydis ≥140 mm, ne mažiau 320x240 taškų
11	Papildomas būklės indikatorius	LCD indikatorius informuojantis apie defibriliatoriaus parengtį darbui
12	Informacijos pateikimas ekrane	Laikas, atliktų defibriliacijų skaičius, vėliausios iškrovos energija, likęs gaivinimo laikas, užrašai su grafinėmis ikonoms lydintys pranešimus balsu lietuvių kalba
13	EKG kabelis	3 arba 5 elektrodų kabelis

14	Ekране pateikiamas EKG greitis	25 mm/s arba 50 mm/s
15	ŠSD monitoravimas	≤ 30 iki ≥ 300 k/min
16	Pranešimų balsu garso nustatymas	Keičiamas garsiakalbio garso stiprumas
17	Vidinė atmintis	Turi išsaugoti ≥ 40 min ištisinės EKG be papildomo išorinio archyvavimo įrenginio
18	Įmontuota jungtis EKG duomenų perdavimui į personalinį kompiuterį bevieliu būdu – „bluetooth“ arba analogišku	Būtina
19	Kompiuterinė programinė įranga duomenų priėmimui ir archyvavimui iš defibriliatoriaus	Būtina
20.	Defibriliatoriaus svoris su akumuliatorium	Ne daugiau 5 kg
21.	Atitikimas standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją	Vandens ir dulkių rezistentiškumo kategorija \geq IP55; Atsparumas smūgiams – atlaiko kritimą iš aukščio ≥ 1 m ant kieto paviršiaus
22.	Komplektacija	Apsauginis nešiojimo krepšys (1 vnt.), EKG kabelis (1 vnt), defibriliaciniai elektrodai (2 vnt.)
23	CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas	Būtinai
24.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 60 mėn.
25.	Prekių aprašymas, katalogas	Būtinai, lietuvių ir originalo kalba
26.	Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija	Lietuvių kalba, pristatoma kartu su prekėmis