

**NEINVAZINIO KRAUJOTAKOS ATKŪRIMO PRIETAISO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Parametro aprašymas
I. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	
1.	Prietaisas skirtas atlikti gaivinimą mechaniniu būdu suaugusiems iki 130 kg. svorio ir daugiau.
2.	Krūtinės ląstos paspaudimų dažnis juostos pagalba apgaubiant visą krūtinės ląstą, ne mažiau kaip 80 k./min., o gylis ne mažiau 20% krūtinės ląstos gylio.
3.	Darbo režimas 30 paspaudimų/2įpūtimai arba pastovūs, nepertraukiami paspaudimai.
4.	Automatinis prisitaikymas prie kiekvienos krūtinės ląstos apimties be naudotojo pagalbos.
5.	Automatinis paspaudimų jėgos parinkimas prie kiekvieno paciento krūtinės ląstos, atsižvelgiant į jos standumą.
6.	Automatinis paspaudimų sustabdymas, jeigu pacientas atsiduria nesaugioje padėtyje, pasislinkus prietaisui krūtinės ląstos atžvilgiu.
7.	Energijos šaltinis – akumulatorius su įkrovimo lygio indikatoriumi.
8.	Galimybė greitai pakeisti akumuliatorių be papildomų įrankių.
9.	Minimalus darbo laikas naudojant 1 akumuliatorių ne mažiau kaip 30 min.
10.	LCD ekranas su darbo režimo, konfigūracijos nustatymo ir akumuliatoriaus įkrovimo lygio pateikimu.
11.	Galimybė perkelti gaivinimo įvykių duomenis (veikimo laikas, paspaudimų skaičius ir t.t.) į kompiuterį ir DA arba USA pagalba.
12.	Galimybė prietaisą kartu su pacientu pritvirtinti prie neštuvų, minkštųjų neštuvų, spinalinės lentos.
13.	Galimybė saugiai transportuoti pacientą nenutraukus įrenginio darbo pakreipus prietaisą išilgai minimaliu 45° kampu ir minimaliu 10° kampu pakreipus skersai.
14.	Akumuliatorių įkroviklis su įkrovimo ir testavimo režimais. Minimali talpa – 2 akumulatoriai.
15.	Komplektacija: - Neinvazinis kraujotakos atkūrimo prietaisas – 1 vnt. - Akumulatoriai – 3 vnt. - Įkroviklis – 1 vnt. - Transportinis krepšys su skyriais priedams – 1 vnt. - Priedai ir vienkartinės priemonės – 3 kompl. (jei naudojami šiame prietaise)
II. KITI REIKALAVIMAI	
16.	Atitikties deklaracija, CE sertifikatas.
III. GARANTIJA	
17.	Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių.